



ROTINA 380/380 R
Centrifugeuses de paillasse
classiques/réfrigérées

L'efficacité et la sécurité font aujourd'hui partie des exigences centrales de tout laboratoire. Cela concerne aussi bien les travaux de recherche que les tâches quotidiennes. Quelle que soit la procédure dans laquelle elles sont utilisées, les centrifugeuses doivent être en mesure de fournir rapidement et de manière sûre de bons résultats en matière de séparation.

Les modèles ROTINA 380 et 380 R répondent particulièrement bien à ces exigences. Leur puissance et leur équipement font référence parmi les centrifugeuses de paillasse de leur gamme.

Ces centrifugeuses universelles haute performance permettent de traiter jusqu'à 4 échantillons de 290 ml à une ACR max. de 4.863. Pour des vitesses plus importantes sont disponibles des rotors angulaires atteignant une ACR max. de 16.504 pour les tubes de 50 ml.

Les accessoires avec joint biologique protègent des aérosols et offrent à l'utilisateur une sécurité optimale lors de la centrifugation d'échantillons infectieux par exemple.



PUISSANCE

- Haute capacité
 - jusqu'à 4 x 290 ml
 - jusqu'à 36 x 15 ml
- ACR élevée
 - jusqu'à 16.504 pour les tubes de 50 ml et 94 ml
 - jusqu'à 24.400 pour les tubes de réaction



CONCEPTION

- Boîtier métallique
- Cuve en acier spécial inoxydable
- Regard dans le couvercle

CONFORT D'UTILISATION

- Verrouillage motorisé du couvercle
- Panneau de commande et d'information ergonomique
- Rotor facile à changer
- 98 plages programmables

REFROIDISSEMENT (ROTINA 380 R)

- Réglage en continu de - 20 °C à + 40 °C (ou de - 4 °F à + 104 °F)
- Maintien de la température

SÉCURITÉ

- Système de verrouillage du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Sécurité anti-chute du couvercle
- Reconnaissance automatique du rotor
- Arrêt en cas de déséquilibre
- Protection contre la surchauffe du moteur
- Protection contre la surchauffe de la cuve (ROTINA 380 R)

ROTINA 380
Réf. 1701

Pratique à utiliser, le panneau de commande C permet d'entrer, d'enregistrer et d'appeler facilement des programmes de centrifugation complexes.

98 plages programmables sont disponibles. Une plage supplémentaire est réservée au programme de refroidissement préalable « PRE » (PRE-COOLING).

Les touches portant un symbole permettent de sélectionner les différents paramètres, le bouton rotatif de régler les valeurs souhaitées et la touche Start de les enregistrer.

9 pentes d'accélération et de freinage, une décélération sans freinage ou une vitesse d'arrêt par freinage peuvent être sélectionnées : la pente 9 correspond à la plus courte durée d'accélération et de freinage.

La température de la centrifugeuse réfrigérée ROTINA 380 R peut être réglée en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F). La plage de température est comprise entre - 20 °C et + 40 °C ou - 4 °F et + 104 °F.

PANNEAU DE COMMANDE ET D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

TOUCHES

START Lancer la centrifugation / centrifugation de courte durée / enregistrer les valeurs entrées et les modifications



Lancer le programme de refroidissement préalable **PREC**

**STOP
OPEN**

Arrêter manuellement la centrifugation / Ouvrir le couvercle

ENTRÉE DES PARAMÈTRES

PROG Entrée / appel du programme souhaité
98 plages peuvent être programmées

T/°C Entrée de la température par incréments de 1 ° de - 20 °C à + 40 °C ou de - 4 °F à + 104 °F (ROTINA 380 R)



Entrée de la pente d'accélération de 1 à 9 ou en min : s
Entrée de la pente de freinage de 1 à 9 ou en min : s
Entrée de la vitesse d'arrêt par freinage

RCF Entrée de l'accélération centrifuge relative (ACR) par incréments de 1
Entrée du rayon de centrifugation (RAD) en mm

RPM Entrée de la vitesse par incréments de 10

TIME Entrée de la durée de centrifugation (max. 99 h : 59 min : 59 s) ou centrifugation continue



Panneau de commande de la ROTINA 380 R (panneau de commande C)



ROTINA 380 R réfrigérée
Réf. 1706

ROTORS ET ACCESSOIRES

Le tableau fournit un aperçu des rotors et récipients pouvant être utilisés et renvoie aux pages correspondantes dans les prospectus où se trouve une description plus détaillée des accessoires concernés.



Accessoires en partie avec joints biologiques⁴⁾

Rotor libre 4 places
 ↻ 90°
 n = 5.000 min⁻¹
 ACR max. 4.863
Réf. 1754




→
P.6-7



Accessoires en partie avec joints biologiques⁴⁾


Rotor libre 4 places
 ↻ 90°
 n = 4.000 min⁻¹
 ACR max. 3.095
Réf. 1798



→
P.8-11



Rotor libre 6 places
 ↻ 90°
 n = 4.000 min⁻¹
 ACR max. 2.808
Réf. 1726



→
P.12-13




Rotor libre 10 places
 ↻ 45°
 n = 4.000 min⁻¹
 ACR max. 2.916
Réf. 1717



→
P.13



Rotor libre 2 places
 ↻ 90°
 n = 4.000 min⁻¹
 ACR max. 2.397
Réf. 1760




→
P.14



Accessoires en partie avec joints biologiques⁴⁾

Rotor libre 2 places
 ↻ 90°
 n = 5.100 min⁻¹
 ACR max. 3.926
Réf. 1770



→
P.14



Rotor angulaire 6 places
 ↻ 45°
 380 R:
 n = 11.000 min⁻¹
 ACR max. 16.369
 380:
 n = 10.000 min⁻¹
 ACR max. 13.528
Réf. 1720



→
P.15

⁴⁾ Homologué TÜV selon DIN EN 61010, partie 2 - 020.

ROTORS ET ACCESSOIRES



avec joint biologique⁴⁾

Rotor angulaire 6 places

↘ 45°

380 R:
n = 11.000 min⁻¹
ACR max. 16.504

380:
n = 10.000 min⁻¹
ACR max. 13.640

Ref. 1792



1,5/2 ml




15-94 ml



8,5-10 ml



7,5-10 ml



5 ml



15/50 ml



10-94 ml

→
P.16



avec joint biologique⁴⁾

Rotor angulaire 30 places

↘ 45°

n = 15.000 min⁻¹
ACR max. 24.400

Ref. 1789-A



0,2- 2,0 ml

→
P.17



Rotor tambour 6 places

n = 15.000 min⁻¹
ACR max. 18.866

Ref. 1711



0,2- 2,0 ml

→
P.17



Rotor angulaire 8 places

↘ 45°

n = 4.500 min⁻¹
ACR max. 3.305

Ref. 1721



5/15 ml



1,6- 10 ml



1,1- 10 ml



12 ml



15/50 ml



12/50 ml



50 ml

→
P.18



Rotor de cytologie 8 places

n = 4.000 min⁻¹
ACR max. 2.415

Ref. 1748

Vous trouverez des informations détaillées sur le système complet de cytologie Hettich dans notre prospectus cytologique. Demandez-le !



cytologie

→
P.18

D'autres récipients tels que des tubes à selles ou des systèmes spin column sont disponibles sur demande.

ROTORS ET ACCESSOIRES

Rotor libre, 4 places



±90°

n = 5.000 min⁻¹
ACR max. 4.863

représenté avec des nacelles 1752 et couvercles 1751
avec joint biologique⁴⁾

Réf. (sans nacelles) **1754**

Capacité en ml	1,5	2,0	3	4	5	6	7	9	10	15	20	25	45	50	75
Ø x L en mm	11x38		10x60	12x60	12x75	12x82	12x100	14x100	17x70	17x100	21x100	24x100	31x100	34x100	35x105
Réf.	2078	0536	-		0553 ²⁾	0501 ²⁾	0578 ²⁾	0500 ²⁾	2079	0518 ²⁾	-	0519 ²⁾	-	0521 ²⁾	0548
Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ réf. 1751															
Nacelle Réf. 1752															
Réf.	1761	1761			1762-A		1763-A		1764		1765				
Orifice Ø x L en mm	11,2x39,5		11,2x39,5		12,5x56		17,5x62		25,5x81		35,5x81				
Tubes par rotor	144		72		96		52		24		12				
ACR max. ²⁾ en haut/en bas	3.494/4.779		4.779				4.668								
Rayon en mm en haut/en bas	125/171		171				167								
Accélération en s							42								
Décélération en s, freiné							27								
Température en °C ¹⁾							0								

Capacité en ml	94	100	100	250	1,1-1,4	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	4,5-5	4,9	4,9	7,5-8,5	9-10	10
Ø x L en mm	38x102	40x115	44x100	65x115	8x66	13x65	11x66	15x75	11x92	11x92	13x90	13x90	15x92	16x92	15x102
Réf.	0549	0523 ²⁾	0526 ²⁾	0530 ²⁾	Récipients de prélèvement sanguin / tubes d'urine										
Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ réf. 1751															
Nacelle Réf. 1752															
Réf.	1777	1767	1766	1768	1781	1783-A	1762-A	1763-A	1762-A	1787	1783-A	1787	1763-A		
Orifice Ø x L en mm	38,5x80	41x97	45x87	66x104,5	9x49	13,5x54	12,5x56	17,5x62	12,5x56	13,2x72	13,5x54	13,2x72	17,5x62		
Tubes par rotor	8	4	4	4	96	64	96	52	96	76	64	76	52		
ACR max. ²⁾ en haut/en bas	4.807	4.640	4.640				4.668								
Rayon en mm en haut/en bas	172	166	166				167								
Accélération en s							42								
Décélération en s, freiné							27								
Température en °C ¹⁾							0								

¹⁾ Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale.

Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

²⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ²⁾.

³⁾ L'utilisation de ces récipients ne permet pas de fermer les nacelles 1752 avec les couvercles 1751.

ROTORS ET ACCESSOIRES



représenté avec des nacelles 1752 et couvercles 1751
avec joint biologique⁴⁾

Rotor libre réf. (sans nacelles) 1754

Capacité en ml	1,6-5	4-7	4-7	4-7	8	8,5-10	5	15	50	12	25	30	50	50	10	
Ø x L en mm	13x75	13x100	13x100	16x75	16x125	16x100	17x59	17x120	29x115	17x100	25x90	25x110	29x115	29x115	16x80	
Réf.	Tubes sanguins / d'urine						-	0509	0513	-				0513	-	
 Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ réf. 1751  Nacelle Réf. 1752																
																
Réf.	1783-A	1787	1763-A	1763-A	1738	1771-A	1772-A	1773	1779	1774-A	1763-A	1763-A	1763-A	1763-A	1763-A	
Orifice Ø x L en mm	13,5x54	13,2x72	17,5x62	17,5x62	17x52	17x84	30x84	17x78	26,5x72	30x80	17,5x62	17,5x62	17,5x62	17,5x62	17,5x62	
Tubes par rotor	64	76	52	12	52	32	36	16	36	20	16	52	52	52	52	
ACR max. ²⁾ en haut/en bas	4.668				4.863				4.696	4.528	4.752	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
Rayon en mm en haut/en bas	167				174				168	162	170	167	167	167	167	167
Accélération en s	42															
Décélération en s, freiné	27															
Température en °C ¹⁾	0															

Capacité en ml	14	30	50	85	94	175	175	200	225	250	290
Ø x L en mm	16,5x106	26x95	29x107	38x106	38x102	61x118	62x144	60x130	61x137	61x122	62x137
Réf.	-	0545	0546	0547	0538 ⁵⁾	Falcon®	Nalgene®	Nunc®	Falcon®	5127 ⁶⁾	- ⁶⁾
 Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ réf. 1751  Nacelle Réf. 1752											
											
Réf.	1763-A	1775	1774-A	1777	1777	1782	1778	1778	1782	1782	1769
Orifice Ø x L en mm	17,5x62	26,5x70	30x80	38,5x80	38,5x80	62x111	62x111	62x111	62x111	62x111	62x100
Tubes par rotor	52	24	16	8	8	4				4	4
ACR max. ²⁾ en haut/en bas	4.668	4.807	4.752	4.807	4.807	4.863				4.863	4.863
Rayon en mm en haut/en bas	167	172	170	172	172	174				174	174
Accélération en s	42										
Décélération en s, freiné	27										
Température en °C ¹⁾	0										

⁴⁾ Homologué TÜV selon DIN EN 61010, partie 2 - 020.

⁵⁾ Le couvercle fileté pour tubes 0538 peut être commandé sous la réf. 0539. Dimensions avec couvercle : 38 x 110 mm.

⁶⁾ À des températures supérieures à +40 °C et/ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

¹⁰⁾ À monter conformément au schéma.

ROTORS ET ACCESSOIRES


Rotor libre, 4 places



±90°

n = 4.000 min⁻¹
ACR max. 3.095

représenté avec des nacelles 5051
et couvercles 5053

Réf. (sans nacelles) 1798

Capacité en ml	1,5/2,0		3	5	6	7	9	15	25	50	100	100
Ø x L en mm	11 x 38		10x60	12x75	12x82	12x100	14x100	17x100	24x100	34x100	40x115	44x100
Réf.	-	2078/0536	-	0553²⁾	0501²⁾	0578²⁾	0500²⁾	0518²⁾	0519²⁾	0521²⁾	0523²⁾	0526²⁾
Couvercle réf. 5053												
Nacelle Réf. 5051												
Réf.	5257	5281	5267	5227	5247⁷⁾	5264	5248⁷⁾	5242	5243	5249	5262	
Orifice Ø x L en mm	12,5x42	11,5x50	11x44	12,5x42	12,5x86	16x50	17,5x86	26x86	36x86	42x86	45,5x86	
Tubes par rotor	160	64	80	80	80	48	48	20	8	4		
ACR max. ²⁾ en haut / en bas	1.950/2.826	2.826	2.737	2.773	2.755	2.773	2.755					
Rayon en mm en haut / en bas	109/158	158	153	155	154	155	154					
Accélération en s	24											
Décélération en s, freiné	17											
Température en °C ¹⁾	-8											

Capacité en ml	1,1-1,4	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	4,9	7,5-8,5	9-10	10	1,6-5	4-7	4-7	8,5-10
Ø x L en mm	8x66	13x65	11x66	15x75	11x92	13x90	15x92	16x92	15x102	13x75	13x100	16x75	16x100
Réf.	Récipients de prélèvement sanguin / tubes d'urine												
Couvercle réf. 5053													
Nacelle Réf. 5051													
Réf.	5267	5268	5227	5264	5227	5268	5264	5258		5268	5264	5248	
Orifice Ø x L en mm	11x44	13,5x52	12,5x42	16x50	12,5x42	13,5x52	16x50	17,6x86		13,5x52	16x50	17,5x86	
Tubes par rotor	80	48	80	48	80	48		44	48				
ACR max. ²⁾	2.737	2.808	2.773		2.808	2.773	2.755	2.808		2.773	2.755		
Rayon en mm	153	157	155		157	155	154	157		155	154		
Accélération en s	24												
Décélération en s, freiné	17												
Température en °C ¹⁾	-8												

¹⁾ Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale.

Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

²⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ²⁾.

³⁾ Avec ces tubes, les nacelles 5051 ne peuvent pas être fermées avec les couvercles 5053.

ROTORS ET ACCESSOIRES



représenté avec des nacelles 5051 et couvercles 5053

Rotor libre réf. (sans nacelles) 1798

Capacité en ml	15	30	50	12	30	50	Support à 2 niveaux pour accessoires de cytologie
Ø x L en mm	17 x 120	25 x 110	29 x 115	17 x 100	25 x 110	29 x 115	
Réf.	0509	-	0513	-	-	-	Chambres de cytologie⁸⁾
Couvercle réf. 5053	 ³⁾	 ³⁾	 ³⁾		 ³⁾	 ³⁾	
Nacelle Réf. 5051						 + 2 x 6316	
Réf.	6306	5266	5259	6306	5266	5243	5280
Orifice Ø x L en mm	17 x 90	26 x 86	30 x 86	17 x 90	26 x 86	36 x 86	-
Tubes par rotor	28	20	8	28	20	8	8
ACR max. ²⁾ en haut / en bas	2.898	2.755	2.826	2.898	2.755	2.755	1.735 / 2.737
Rayon en mm en haut / en bas	162	154	158	162	154	154	97 / 153
Accélération en s	24						
Décélération en s, freiné	17						
Température en °C ¹⁾	-8						

⁷⁾ Ces réducteurs sont également disponibles avec support de décantation sous la réf. 5247-91 ou 5248-91.

⁸⁾ Demandez notre brochure détaillée de cytologie.

ROTORS ET ACCESSOIRES



représenté avec des nacelles 5092 et couvercles 5093
avec joint biologique⁴⁾

Rotor libre réf. (sans nacelles) 1798

Capacité en ml	5	6	7	10	15	25	50	100	100	250
Ø x L en mm	12x75	12x82	12x100	17x70	17x100	24x100	34x100	44x100	40x115	65x115
Réf.	0553²⁾	0501²⁾	0578²⁾	2079	0518²⁾	0519²⁾	0521²⁾	0526²⁾	0523²⁾	0530²⁾
Couverture avec joint biologique ⁴⁾ réf. 5093 										
										
Réf.	5128	5120	5136	5122	5124	5125	5126	5126	5126	1791
Orifice Ø x L en mm	12,8x45	12,8x82	12,8x82	17,5x60,7	17,5x60,7	25,5x82	35,5x85	45,5x85	42x85	66x103
Tubes par rotor	48		32		16		4		4	
ACR max. ²⁾	3.005		2.952		2.898		2.952		3.095	
Rayon en mm	168		165		162		165		173	
Accélération en s	24									
Décélération en s, freiné	17									
Température en °C ¹⁾	-8									

Capacité en ml	15	30	50	12	25	30	50	10	250	290
Ø x L en mm	17x120	25x110	29x115	17x100	25x90	25x110	29x115	16x80	61x122	62x137
Réf.	0509	-	0513	-	-	-	-	-	5127⁶⁾	-⁶⁾
Couverture avec joint biologique ⁴⁾ réf. 5093 										
										
Réf.	5129³⁾	5122	5123	5121	5134	5122	5135	5136	6319	6319
Orifice Ø x L en mm	17x85	25,5x82	30x85	17,5x82	26x73	25,5x82	30x99	17,5x60,7	66x103	66x103
Tubes par rotor	28	16	8	28	12	16	8	32	4	
ACR max. ²⁾	3.095	2.898	3.095	3.005	2.826	2.898	3.023	2.952	3.095	
Rayon en mm	173	162	173	168	158	162	169	165	173	
Accélération en s	24									
Décélération en s, freiné	17									
Température en °C ¹⁾	-8									

¹⁾ Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale.

Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

²⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ²⁾.

³⁾ Avec ces tubes, les nacelles 5092 ne peuvent pas être fermées avec les couvercles 5093.

ROTORS ET ACCESSOIRES



représenté avec des nacelles 5092 et couvercles 5093 avec joint biologique⁴⁾

Rotor libre réf. (sans nacelles) 1798

Capacité en ml	1,1–1,4	2,6–3,4	2,7–3	4–5,5	4,5–5	4,9	7,5–8,5	9–10	10	1,6–5	4–7	4–7
Ø x L en mm	8x66	13x65	11x66	15x75	11x92	13x90	15x92	16x92	15x102	13x75	16x75	16x75
Réf.	Réceptifs de prélèvement sanguin / tubes d'urine											
Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ réf. 5093   Nacelle Réf. 5092												
												
Réf.	5138		5136	5120	5137	5136			5138	5136	5121-93	
Orifice Ø x L en mm	12,8x54,5		17,5x60,7	12,8x82	13,5x60,7	17,5x60,7			12,8x54,5	17,5x60,7	17,5x52	
Tubes par rotor	48		32	48	32	32			48	32	28	
max. RCF ²⁾	2.540		2.952	3.005	2.952	2.952			2.540	2.952	3.005	
Rayon en mm	142		165	168	165	165			142	165	168	
Accélération en s	24											
Décélération en s, freiné	17											
Température in °C ¹⁾	-8											

Capacité en ml	4–7	8	8,5–10
Ø x L en mm	13x100	16x125	16x100
Réf.	Tubes sanguins / d'urine		
Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ réf. 5093   Nacelle Réf. 5092			
			
Réf.	5120	5121⁹⁾	5136
Orifice Ø x L en mm	12,8x82	17,5x82	17,5x60,7
Tubes par rotor	48	28	32
max. RCF ²⁾	3.005	3.059	2.952
Rayon en mm	168	171	165
Accélération en s	24		
Décélération en s, freiné	17		
Température in °C ¹⁾	-8		

⁴⁾ Homologué TÜV selon DIN EN 61010, partie 2 - 020.

⁶⁾ À des températures supérieures à +40 °C et/ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

⁹⁾ Il est nécessaire de retirer les inserts.

ROTORS ET ACCESSOIRES


Rotor libre, 6 places



Réf. (sans nacelles) **1726**

Capacité en ml	5	6	7	9	15	20	25	45	50	8,5 x 10	30	
Ø x L en mm	12 x 75	12 x 82	12 x 100	14 x 100	17 x 100	21 x 100	24 x 100	31 x 100	34 x 100	16 x 100	26 x 95	
Réf.	0553²⁾	0501²⁾	0578²⁾	0500²⁾	0518²⁾	-	0519²⁾	-	0521²⁾	Tube sanguin	0545	
 Rotor Réf. 1726												
	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation	 avec support de décantation
Réf.	1369-91	1372	1369-92		1370	1369	1346	1745	1345	1746	1369	1745
Orifice Ø x L en mm	12,5 x 64,4	13,5 x 65	12,5 x 71,5		14,6 x 74	17,6 x 74	21,5 x 74	26 x 78	32 x 74	35 x 78	17,6 x 74	26 x 78
Tubes par rotor	24	102	24		30	24	12		6		24	12
max. RCF ²⁾	2.576	2.522	2.665				2.719	2.808	2.719	2.808	2.665	2.808
Rayon en mm	144	141	149				152	157	152	157	149	157
Accélération en s	19											
Décélération en s, freiné	18											
Température en °C ¹⁾	-6											

Capacité en ml	Nacelles pour accessoires de cytologie
Ø x L en mm	
Réf.	Chambres de cytologie⁸⁾
 Rotor Réf. 1726	
	
Réf.	1660
Orifice Ø x L en mm	-
Tubes par rotor	6
max. RCF ²⁾	2.003
Rayon en mm	112
Accélération en s	19
Décélération en s, freiné	18
Température en °C ¹⁾	-6

Capacité en ml	15	2,6-3,4	4-5,5	7,5-8,5	9-10	10	1,6-5	4-7	8,5-10	15
Ø x L en mm	17 x 100	13 x 65	15 x 75	15 x 92	16 x 92	15 x 102	13 x 75	16 x 75	16 x 100	17 x 120
Réf.	0518²⁾	Récipients de prélèvement sanguin / tubes d'urine								0509
 Nacelle Réf. 1742										
		 cale en caoutchouc				 cale en caoutchouc	 cale en caoutchouc			 cale en caoutchouc
Réf.	-	0716			-	-	0716		-	
Orifice Ø x L en mm	17,6 x 78									
Tubes par rotor	42	42		42		18	42		42	18
ACR max. ²⁾	2.808	2.683		2.808		2.683		2.808		
Rayon en mm	157	150		157		150		157		
Accélération en s	19									
Décélération en s, freiné	18									
Température en °C ¹⁾	-6									

¹⁾ Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale.

Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

²⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ²⁾.

⁸⁾ Demandez notre brochure détaillée de cytologie.

ROTORS ET ACCESSOIRES



représenté avec des nacelles 1742

Rotor libre, 10 places




±45°

n = 4.000 min⁻¹
ACR max. 2.916

Réf. (sans nacelles) **1726**

Réf. (avec nacelles) **1717**

Capacité en ml	1,5	2,0	1	3	4
Ø x L en mm	11 x 38		6 x 45	10 x 60	12 x 60
Réf.	2078	0536	Rhesus	-	-
					
Réf.	5277	1357	1327	1326	
Orifice Ø x L en mm	11,5 x 38		6,5 x 23	10,5 x 23	12,5 x 44
Tubes par rotor	54		180	72	
ACR max. ²⁾	2.325		2.308	2.290	
Rayon en mm	130		129	128	
Accélération en s	19				
Décélération en s, freiné	18				
Température en °C ¹⁾	-6				

Capacité en ml	9	1,1-1,4	4,5-5	4,9	1,6-5	4-7
Ø x L en mm	14 x 100	8 x 66	11 x 92	13 x 90	13 x 75	13 x 100
Réf.	0500²⁾	Tubes sanguins / d'urine				
						
Réf.	0701		¹⁰⁾ 			
Orifice Ø x L en mm	14,6 x 78					
Tubes par rotor	60		36	60	60	60
ACR max. ²⁾	2.773		2.808		2.486	2.808
Rayon en mm	155		157		139	157
Accélération en s	19					
Décélération en s, freiné	18					
Température en °C ¹⁾	-6					


Capacité en ml	15	50
Ø x L en mm	17 x 120	29 x 115
Réf.	0509	0513
		
Réf.	1462-A	-
Orifice Ø x L en mm	17 x 84	38,4 x 89
Tubes par rotor	10	
ACR max. ²⁾	2.916	
Rayon en mm	163	
Accélération en s	19	
Décélération en s, freiné	14	
Température en °C ¹⁾	-9	

¹⁰⁾ À monter conformément au schéma.

¹²⁾ Unité d'emballage 10 pièces.

ROTORS ET ACCESSOIRES

Rotor libre, 2 places



±90°

n = 4.000 min⁻¹
ACR max. 2.397

Réf. (sans nacelles) **1760**

Rotor libre, 2 places







±90°

n = 5.100 min⁻¹
ACR max. 3.926

Réf. (sans nacelles) **1770**

représenté avec des nacelles 4745
et couvercles 4627
avec joint biologique⁴⁾
ainsi qu'un panier de retrait 4626

p x l x h en mm	86 x 128 x 15/17,5	86 x 128 x 22	86 x 128 x 44,5	86 x 128 x 46	86 x 128 x 83	59 x 84 x 11	82 x 124 x 20	-	
Capacité en ml	-								0,2
Réf.	Plaque de microtitration	Plaque de culture	Plaque Deep Well	Système Micronic	Plaque filtrante	Plaque microtest (Terasaki)	Plaque PCR, 96 places	Bandes PCR	
 Rotor Réf. 1760									
Réf.	1753-A						1753-A + 1485		
Orifice Ø x L en mm	-								
Plaques/bandes par rotor	10	8	6	2	2	2	4	2	24 x 8
ACR max. ²⁾	2.397								
Rayon en mm	134								
Accélération en s	30								
Décélération en s, freiné	23								
Température en °C ¹⁾	-8								

p x l x h en mm	86 x 128 x 15	86 x 128 x 17,5	86 x 128 x 22	86 x 128 x 44,5	86 x 128 x 46	86 x 128 x 83	59 x 84 x 11	82 x 124 x 20	-
Capacité en ml	-								0,2
Réf.	Plaque de microtitration	Plaque de culture	Plaque Deep Well	Système Micronic	Plaque filtrante	Plaque microtest (Terasaki)	Plaque PCR, 96 places	Bandes PCR	
 Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ réf. 4627 Nacelle Réf. 4745									
Réf.	4626						4626 + 1485		
Orifice Ø x L en mm	-								
Plaques/bandes par rotor	12	10	8	2	2	4	2	24 x 8	
ACR max. ²⁾	3.926								
Rayon en mm	135								
Accélération en s	65								
Décélération en s, freiné	30								
Température en °C ¹⁾	-3								

¹⁾ Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale.

Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

²⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ²⁾.

⁴⁾ Homologué TÜV selon DIN EN 61010, partie 2 - 020.

⁵⁾ Le couvercle fileté pour tubes 0538 peut être commandé sous la réf. 0539. Dimensions avec couvercle : 38 x 110 mm.

ROTORS ET ACCESSOIRES

Rotor angulaire, 6 places



±45°

ROTINA 380 R n = 11.000 min⁻¹, ACR max. 16.369

ROTINA 380 n = 10.000 min⁻¹, ACR max. 13.528

Réf. 1720

Capacité en ml	1,5	2,0	15	25	50	75	94	7,5-8,5	9-10	
Ø x L en mm	11 x 38		17 x 100	24 x 100	34 x 100	35 x 105	38 x 102	15 x 92	16 x 92	
Réf.	2078	0536	0518⁽²⁾	0519⁽²⁾	0521⁽²⁾	0548	0549	 Tubes sanguins / d'urine		
 Rotor Réf. 1720										
										
Réf.	1449		1451	1447		1463	-	1451		
Orifice Ø x L en mm	11,4 x 39		17,5 x 92	26 x 85		35 x 89	38,4 x 89	17,5 x 92		
Tubes par rotor	24		6	6		6	6	6		
ACR max. ⁽²⁾ classique/réfrigérée	12.969/15.692		12.745/15.422	12.410/15.016		13.304/16.098	13.528/16.369	12.745/15.422		
Rayon en mm	116		114	111		119	121	114		
Accélération en s classique/réfrigérée	39/45									
Décélération en s classique/réfrigérée, freiné	36/44									
Température en °C ⁽¹⁾	+1									

Capacité en ml	8,5-10	5	15	50	10	30	50	85	94	
Ø x L en mm	16 x 100	17 x 59	17 x 120	29 x 115	16 x 80	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 102	
Réf.	Tube sanguin	-	0509	0513	-	0545	0546	0547	0538⁽⁵⁾	
 Rotor Réf. 1720										
										
Réf.	1451	1476	1466	1454	1448	1447	1446	-		
Orifice Ø x L en mm	17,5 x 92	17 x 51	17 x 106	29,8 x 97	16,5 x 74	26 x 85	29 x 92	38,4 x 89		
Tubes par rotor	6		6		12	6		6		
ACR max. ⁽²⁾ classique/réfrigérée	12.745/15.422	12.857/15.557	13.081/15.828	12.745/15.422	12.410/15.016	12.410/15.016	12.969/15.692	13.528/16.369		
Rayon en mm	114	115	117	114	111	111	116	121		
Accélération en s classique/réfrigérée	39/45									
Décélération en s classique/réfrigérée, freiné	36/44									
Température en °C ⁽¹⁾	+1									

ROTORS ET ACCESSOIRES

Rotor angulaire, 6 places



45°

avec joint biologique⁴⁾

ROTINA 380 R n = 11.000 min⁻¹, ACR max. 16.504

ROTINA 380 n = 10.000 min⁻¹, ACR max. 13.640

Réf. 1792

Capacité en ml	1,5	2,0	15	25	50	75	94	7,5-8,5	9-10	
Ø x L en mm	11 x 38		17 x 100	24 x 100	34 x 100	35 x 105	38 x 102	15 x 92	16 x 92	
Réf.	2078	0536	0518 ²⁾	0519 ²⁾	0521 ²⁾	0548	0549	Tubes sanguins / d'urine		
Couvercle avec joint biologique ⁴⁾ Incl.										
Rotor Réf. 1792										
Réf.	1449		1451	1447	1463	-		1451		
Orifice Ø x L en mm	11,4 x 39		17,5 x 92	26 x 85	35 x 89	38,2 x 89,6		17,5 x 92		
Tubes par rotor	24		6							
ACR max. ²⁾ classique/réfrigérée	13.081/15.828		12.857/15.557	12.522/15.151	13.640/16.504		13.640/16.504	12.857/15.557		
Rayon en mm	117		115	112	122		122	115		
Accélération en s classique/réfrigérée	40/48									
Décélération en s classique/réfrigérée, freiné	37/44									
Température en °C ¹⁾	+4									

Capacité en ml	10	8,5-10	5	15	50	10	30	50	85	94
Ø x L en mm	15 x 102	16 x 100	17 x 59	17 x 120	29 x 115	16 x 80	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 102
Réf.	Tubes sanguins / d'urine		-	0509	0513	-	0545	0546	0547	0538 ⁵⁾
Rotor Réf. 1792										
Réf.	1451		1476	1466	1454	1448	1447	1446	-	
Orifice Ø x L en mm	17,5 x 92		17 x 51	17 x 106	29,8 x 97	16,5 x 74	26 x 85	29 x 92	38,2 x 89,6	
Tubes par rotor	6					12		6		
ACR max. ²⁾ classique/réfrigérée	12.857/15.557		12.745/15.422	13.081/15.828	13.304/16.098	12.857/15.557	12.522/15.151	13.081/15.828	13.640/16.504	
Rayon en mm	115		114	117	119	115	112	117	122	
Accélération en s classique/réfrigérée	40/48									
Décélération en s classique/réfrigérée, freiné	37/44									
Température en °C ¹⁾	+4									

¹⁾ Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale.

Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

²⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ²⁾.

⁴⁾ Homologué TÜV selon DIN EN 61010, partie 2 - 020.

ROTORS ET ACCESSOIRES

Rotor angulaire, 30 places

Rotor tambour, 6 places



45°

n = 15.000 min⁻¹
ACR max. 24.400

avec joint biologique⁴⁾



n = 15.000 min⁻¹
ACR max. 18.866

représentée avec des adaptateurs 1377

Réf. 1789-A

Réf. (sans adaptateurs) 1711

Capacité en ml	0,2	0,4	0,5	0,8	1,5	2,0	0,5
Ø x L en mm	6x18	6x45	8x30	8x45	11x38		10,7x36
Réf.	-				2078	0536	Pédiatrie
 Couverture avec joint biologique ⁴⁾ incl. Rotor Réf. 1789-A							
							
Réf.	2024	2023	2031 ¹¹⁾	-	0788 ¹³⁾		
Orifice Ø x L en mm	6x40	8x40	10,2x19	11,2x40,9			
Tubes par rotor	30						15
ACR max. ²⁾	24.400						23.394
Rayon en mm	97						93
Accélération en s	24						
Décélération en s, freiné	24						
Température en °C ¹⁾	+4						

Capacité en ml	0,2	0,4	0,5	0,8	1,5	2,0
Ø x L en mm	6x18	6x45	8x30	8x45	11x38	
Réf.	-				2078	0536
 Couverture incl. Rotor Réf. 1711						
						
Réf.	1378	1379	1377			
Orifice Ø x L en mm	6x40	8,4x43	10,8x37			
Tubes par rotor	192	126	60			
ACR max. ²⁾	18.866					
Rayon en mm	75					
Accélération en s	25					
Décélération en s, freiné	23					
Température en °C ¹⁾	+2					

⁵⁾ Le couvercle fileté pour tubes 0538 peut être commandé sous la réf. 0539. Dimensions avec couvercle : 38 x 110 mm.

¹¹⁾ Pour une centrifugation à grande vitesse, il est recommandé d'utiliser le réducteur 2031 s'adaptant à la forme et résistant au phénol.

¹³⁾ Unité d'emballage 15 pièces.

ROTORS ET ACCESSOIRES

Rotor angulaire, 8 places



45°

n = 4.500 min⁻¹
ACR max. 3.305

Réf. (sans adaptateurs) **1721**

Rotor de cytologie, 8 places



n = 4.000 min⁻¹
ACR max. 2.415

Réf. (sans nacelles) **1748**

Vous trouverez des informations détaillées sur le système complet de cytologie Hettich dans notre prospectus cytologique, que nous vous transmettrons gratuitement sur demande.

Capacité en ml	5	15	1,1–1,4	2,6–3,4	2,7–3	9–10	1,6–5	4–7	8,5–10	12	15	50	
Ø x L en mm	12x75	17x100	8x66	13x65	11x66	16x92	13x75	13x100	16x100	17x102	17x120	29 x 115	
Réf.	0553²⁾	0518²⁾	Récipients de prélèvement sanguin / tubes d'urine								0509	0513	
													
	+ 1054-A 	+ 0716 		+ 1054-A 		+ 0716 	+ 1054-A 			+ 0716 	+ 0716 	+ E 2109 	+ E 2110-A 
Réf.	1467	1467	1467								1467	1468	
Orifice Ø x L en mm	17,4x91		17,4x91								17,4x91	30,2x92	
Tubes par rotor	32		32								32	8	
ACR max. ²⁾	2.762	3.215	2.762		3.215	2.762	3.305	3.215		3.283	3.147		
Rayon en mm	122	142	122		142	122	146	142		145	139		
Accélération en s	17												
Décélération en s, freiné	14												
Température en °C ¹⁾	- 11												

Capacité en ml	12	50	50
Ø x L en mm	17x100	29x115	29x107
Réf.	-	-	0546
			
	+ 0716 		
Réf.	1467	1468	
Orifice Ø x L en mm	17,4x91	30,2x92	
Tubes par rotor	32	8	
ACR max. ²⁾	3.215	3.147	
Rayon en mm	142	139	
Accélération en s	17		
Décélération en s, freiné	14		
Température en °C ¹⁾	- 11		

¹⁾ Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale. Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

²⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'ACR maximale s'élève à 4.000 pour les tubes en verre signalés par la note ²⁾.

MEUBLES À ROULETTES

Les meubles à roulettes pour centrifugeuses Hettich vous permettent de gagner de la place et représentent donc également un gain de flexibilité.

Tous les meubles à roulettes sont robustes et équipés de roulettes pivotantes et de deux freins. Les éventuelles vibrations de la centrifugeuse sont compensées de manière sûre.

Les meubles à roulettes portant la référence 4612-A et 4613-K sont adaptés aux modèles :

- ROTOFIX 32 A
- UNIVERSAL 320/320 R
- ROTINA 380/380 R
- ROTINA 420
- ROTANTA 460
- ROTOFIX 46/46 H

Les meubles à roulettes portant la référence 4614-K et 4615-A sont adaptés aux modèles :

- ROTINA 420 R
- ROTANTA 460 R




Bas et étroit,
avec un tiroir.
Profondeur : 650 mm

Réf. 4612-A



Bas et large,
avec un tiroir.
Profondeur : 650 mm

Réf. 4614-K



Haut et étroit,
avec deux tiroirs.
Profondeur : 650 mm

Réf. 4613-K



Haut et large,
avec deux tiroirs.
Profondeur : 650 mm

Réf. 4615-A

ROTINA 380/380 R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ROTINA 380		ROTINA 380 R	
Centrifugeuse de pailasse, sans rotor	classique		réfrigérée	
Tension*)	200 – 240 V 1 ~	100 – 127 V 1 ~	200 – 240 V 1 ~	110 – 127 V 1 ~
Fréquence	50 – 60 Hz		50 – 60 Hz	60 Hz
Charge de connexion	650 VA	700 VA	1.300 VA	1.400 VA
Émission, Immunité	EN / IEC 61326-1, classe B	FCC classe B	EN / IEC 61326-1, classe B	FCC classe B
 Capacité max.	4 x 290 ml			
 RPM max. (vitesse)	15.000 min ⁻¹			
ACR max.	24.400			
Durée	1 s – 99 h : 59 min : 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)			
Dimensions (h x l x p)	418 x 457 x 600 mm		418 x 457 x 750 mm	
Poids	env. 51 kg	env. 58,5 kg	env. 81 kg	env. 88,5 kg
Refroidissement				
Réglage de la température, en continu	-		de -20 à +40 °C	
Réf.	1701	1701-01	1706	1706-01

*) Autres tensions disponibles sur demande.



Les centrifugeuses Hettich satisfont à toutes les directives européennes actuellement en vigueur et répondent aux normes européennes en matière de qualité et de sécurité pour les produits médicaux, comme en attestent des labels de contrôle nationaux et internationaux tels que le CEI 61010 ou le sigle de conformité CE. La certification de l'entreprise selon ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001 démontre le soin et la responsabilité avec lesquels les centrifugeuses et accessoires sont fabriqués.

Notre certification d'opérateur économique agréé permet un traitement accéléré en douane.

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstr. 12
D - 78532 Tuttlingen
Allemagne

www.hettichlab.com
info@hettichlab.com
service@hettichlab.com

Tél. +49 (0)7461 / 705 -0
Fax +49 (0)7461 / 705 -1122

Ventes nationales : -12 00
Ventes internationales : -12 01
Service clients pour l'Allemagne : -12 02
Service clients pour l'étranger : -12 03

LAB TECHNOLOGY