

## Fiche Technique

### Thermomètre Digital HACCP avec Sonde Rotative

Référence 91000-022/CC-ca



## Caractéristiques

- -50+300°C / -58+572°F
- Résolution : 0.1°
- Précision Garantie :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  (-20+100°C)  
 $\pm 1^{\circ}\text{F}$  (+4+212°F) sinon  $\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 2^{\circ}\text{F}$
- Sonde inox perçante : 115 mm -  $\varnothing$  3.5 mm
- Rotation : 180°
- Compatible induction
- MAX/MIN
- DATA HOLD

## Mode d'emploi

### MISE EN FONCTION

Pour allumer ou éteindre le thermomètre appuyer sur [ON/OFF]. Sortir la sonde et l'incliner jusqu'à l'angle désiré.

### SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE

Pour choisir l'unité de mesure désirée appuyer sur [°C/°F]

### FONCTION MAXIMA MINIMA

Appuyez sur [MAX/MIN] pour lire la température maximum relevée. Appuyez sur [MAX/MIN] encore une fois pour lire la température minimum relevée. Appuyez à nouveau sur [MAX/MIN] pendant 2 secondes pour annuler la mémoire.

### MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton [HOLD] à droite du thermomètre pour maintenir la température affichée. Appuyez de nouveau sur [HOLD] pour revenir à l'affichage normal.



- Ne pas forcer la sonde.
- Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four ou dans un micro-ondes.
- Ne pas laver au lave vaisselle.
- Si l'affichage devient faible, remplacez la pile.
- Une utilisation prolongée au-dessus de 250°C peut endommager le thermomètre.