


GRANULATS

détermination de la
résistance à l'impact des
granulats



104 510

Machine de fragmentation dynamique

Norme : NF P94-574 / BS 812-112



Description

Cette méthode est l'une des 2 méthodes préconisées par la norme NF EN 1097-2 équivalent de machine de Los-Angeles

Elle est composée d'un cadre, une dame de 50kg, un moule pour échantillon de 170mm de diamètre et une motorisation.

Alimentation : 380V

Dimension : 750 x 900 x 3000 mm

Poids : 1400 kg



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux

www.igm.fr